

胸管之護理指導



100.05 制定、112.09 1 修

- 一、活動前須注意管路是否有滑脫、曲折情況,並確認胸管所有連接 處緊密接合,以維持密閉的引流系統。
- 二、保持胸瓶低於胸部插管的位置,若採水下引流時,需於無菌生理 食鹽水下約2.5-3公分引流,才能使引流管內液體順暢引流。
- 三、 觀察引流瓶中液面浮動,如吸氣時水面上升,呼氣時水面下降。
- 四、鼓勵下床活動、深呼吸咳嗽,配合復健運動以增進肺功能恢復, 促進肺部擴張及減少術後合併症發生。
- 五、 放下床欄時須先注意會不會壓到胸瓶,避免壓迫胸瓶導致氣胸。
- 六、醫護人員會視情況行傷口消毒換藥,換藥時會觀察並注意周圍是 否有紅、腫、熱、痛、分泌物等發炎現象,或有無膿狀分泌物。
- 七、在傷口尚未癒合前,請保持傷口乾燥,切記勿碰水,若潮濕,請 告知醫護人員為您換藥。
- 八、注意呼吸型態,如有呼吸喘、呼吸困難、胸悶、胸痛、冒冷汗等 情形,請務必告知護理人員。
- 九、勿自行將胸瓶內引流之血水倒掉。
- 十、若沒有其他特殊疾病,飲食是沒有特殊限制,請盡量多吃蔬菜、 水果,以避免因活動量減少而發生便秘。
- 十一、若有胸管滑脫或胸瓶翻倒情形,需先將胸管以胸管夾夾住後, 再告知護理人員,非必要時勿使用止血夾夾住,避免引流阻塞。
- 十二、 當咳嗽或用力時,可先用手掌壓住插管處傷口,以減輕傷口處疼痛。

祝您早日康復

※急診諮詢電話: 04-23934191 轉 525434國軍臺中總醫院急診室 關心您